

## 学校給食食材等放射性物質濃度測定結果(他施設依頼分)

他施設からの依頼により測定した結果をお知らせします。(令和2年度測定分)

番号	測定日	測定試料 (食材名)	産地	給食施設名 (測定依頼施設等名)	食材使用予定日	測定結果(単位:ベクレル/kg)			測定場所
						セシウム134	セシウム137	合計	
1	R2.7.21	なす	釜石市甲子地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.8.25	不検出(<7.3)	不検出(<6.5)	不検出(<13.8)	
2	R2.7.21	トマト	釜石市甲子地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.8.25	不検出(<7.5)	不検出(<5.4)	不検出(<12.9)	
3	R2.7.21	ピーマン	釜石市甲子地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.8.25	不検出(<6.1)	不検出(<7.4)	不検出(<13.5)	
4	R2.8.5	じゃがいも	釜石市橋野地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.9	不検出(<5.6)	不検出(<6.8)	不検出(<12.4)	
5	R2.9.15	ねぎ	釜石市橋野地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.10~	不検出(<6.8)	不検出(<6.2)	不検出(<13.0)	
6	R2.9.15	りんご	釜石市鶴住居地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.10.28	不検出(<6.6)	不検出(<4.9)	不検出(<11.5)	
7	R2.9.15	ねぎ	釜石市甲子地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.10~	不検出(<6.7)	不検出(<5.8)	不検出(<12.5)	
8	R2.9.15	ラグビーかぼちゃ	釜石市鶴住居地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.10.15	不検出(<7.7)	不検出(<6.2)	不検出(<13.9)	
9	R2.10.20	白菜	釜石市橋野地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.11~	不検出(<8.8)	不検出(<7.4)	不検出(<16.2)	
10	R2.10.20	大根	釜石市橋野地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.11~	不検出(<6.7)	不検出(<6.0)	不検出(<12.7)	
11	R2.11.12	にんじん	釜石市橋野地区	釜石市教育委員会事務局 学校給食センター	R2.12~	不検出(<7.5)	不検出(<7.0)	不検出(<14.5)	
12									
13									

◇測定機器 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ (型名等 RAD IQ FS300)

◇測定時間 1200秒(20分)

**○測定結果の数値の意味**

「不検出」とは、測定の結果、「測定下限値(<〇〇)未満」であったことを表します。

「(<数値)」は、放射性物質の量を示すものではなく、測定下限値(検出できる最小値)を意味します。

**○測定下限値とは**

測定下限値とは、測定において検出できる最小値のことをいいます。たとえば、「<10」とあるのは、検出できる最小値が10Bq/kgであることを意味します。

また、「<10」の10という値は、機器の精度等を示すものであり、「<10」と標記された食材が「<5」と表記された食材より放射性物質が多いということではありません。

さらに、同じ機器で測定しても、測定原理上検体ごとに測定下限値は異なります。