

## 令和 7 年産米の放射性物質検査の結果について

### 【要旨】

- 令和 7 年産米の放射性物質検査計画に基づき、「米」 2 検体について検査を実施した結果、**不検出**でした（詳細は下表のとおり）。

### 記

#### 検査結果

| No. | 品目<br>（作型等） | 採取場所 | 検体作成日     | 測定値（単位 Bq/kg）  |                |                |
|-----|-------------|------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|     |             |      |           | 放射性セシウム        |                |                |
|     |             |      |           | Cs-134         | Cs-137         | 計              |
| 1   | 米           | 盛岡市  | 10 月 17 日 | 不検出<br>(< 2.2) | 不検出<br>(< 1.7) | 不検出<br>(< 3.8) |
| 2   | 米           | 紫波町  | 10 月 17 日 | 不検出<br>(< 1.9) | 不検出<br>(< 2.5) | 不検出<br>(< 4.3) |

（参考）食品衛生法上の基準値（一般食品）

放射性セシウム（Cs-134 と Cs-137 の計）：100Bq/kg

（注 1）「測定値」欄の（ ）内は検出限界値

（注 2）検査機関：一般財団法人東京顕微鏡院

（注 3）測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

（注 4）Cs-134 と Cs-137 の計は、有効数字 3 桁目を四捨五入し、有効数字 2 桁とした値を記載しているため、Cs-134 と Cs-137 それぞれの数値を足し合わせた値と合わない場合がある。

担当：農産園芸課 水田農業担当 上野

Tel 019-629-5710