


1050

物品購入依頼票 (2 - 1 0)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 05	所管課 0902	所属 2579	内訳所属 2579	前沢明峰支援
款 10	項 05	目 01	短縮 M290	節 10	細節 0	現越 0	経費 05 購入票番号 508-00002945



希望納期	令和 8年 5月 18日 (月)
納入場所	前沢明峰支援

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 電子体温計 P237 予測30秒	8	本
2		
3		
4		
5		

テルモ


摘要



1051

物品購入依頼票 (2 - 1 1)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 05	所管課 0902	所属 2579	内訳所属 2579	前沢明峰支援
款 10	項 05	目 01	短縮 M290	節 10	細節 0	現越 0	経費 05 購入票番号 508-00002955



希望納期	令和 8年 5月 18日 (月)
納入場所	前沢明峰支援

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 オーキューバンエコ Sサイズ 300枚入	1	箱
2 救急パッドL 8×10cm 25枚入	1	箱
3		
4		
5		

ニ4バン OQES
 エルモキズあてパッド

摘要



4029

P08A11 水沢高

物品購入依頼票 (1 - 1 1)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 05	所管課 0902	所属 2521	内訳所属 2521	水沢高	
款 10	項 04	目 02	短縮 M190	節 17	細節 0	現越 0	経費 05	購入票番号 508-00003375




希望納期	令和 8年 6月 8日 (月)
納入場所	水沢高等学校

見積もり参加を希望する方は、別紙様式により「定価見積書」を提出してください。実際の見積合わせについては、後日お知らせします。

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 AEDハートスタートHS1+eフクダM5066Ae	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要



仕 様 書


品 名	AED (自動体外式除細動器)
参 考 機 種	メーカー：フクダ電子 ハートスタートHS1+e 型式：M5066Ae
規 格	<p>製品構成：HS1+本体、ユーザーズガイド、バッテリー、キャリングケース、成人用パッド・カートリッジ、クイックリファレンスガイド</p> <p>波形：二相性切頭指数型波形。 波形パラメータは傷病者胸郭インピーダンスに応じて自動的に調整</p> <p>エネルギー：定格 150 J</p> <p>クイック・ショック：胸骨圧迫と人工呼吸のための時間終了後、8秒以内 (代表値) にショック実行可能</p> <p>音声メッセージ：ユーザーに使用法を詳しくガイドする音声メッセージ</p> <p>胸骨圧迫と人工呼吸の音声ガイド：胸骨圧迫の深さや回数、リズムと人工呼吸の回数、タイミングを音声でガイド</p> <p>通電：除細動パッドによる通電。 パッド記載の絵に従って除細動パッドを装着</p> <p>コントロール：パッド・カートリッジ・ハンドル・電源 ON/OFF ボタン、i-ボタン、ショック・ボタン</p> <p>インジケータ：使用準備完了ランプ、i-ボタン、注意ランプ</p> <p>本体寸法：W21×D19×H7.2cm</p> <p>本体重量：約 1.5kg (バッテリーおよびパッド・カートリッジ装着時)</p> <p>付属品：成人用 SMART パッドカートリッジ×2組、ロングライフバッテリー、ユーザーズガイド、クイックリファレンスガイド、キャリングケース、ハサミ等</p>
数 量	1台
納 期	令和8年6月8日
納 入 場 所	水沢高等学校 第一体育館通路
その他	メーカー、機種については限定するものではないが同等の仕様であること。最新の機種又は現在も継続して製造販売している機種であること。組み立て及び設置を含むものであること。

5023

P08A11 水沢農業高

物品購入依頼票 (1 - 1 1)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 05	所管課 0902	所属 2522	内訳所属 2522	水沢農業高	
款 10	項 04	目 02	短縮 M190	節 17	細節 0	現越 0	経費 05	購入票番号 508-00002762



希望納期	令和 8年 5月 18日 (月)
納入場所	水沢農業高校

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 オージオメータ YAM-2N (JQA検査合格証付)	1	台
2		
3		
4		
5		

摘要



オージオメータ 仕様書

水沢農業高等学校

仕様	
型式	YAM-2N(JQA検査合格証付)
適用規格・タイプ	JIS T1201-1:2020 タイプ4
全高調波ひずみ	2.5%以下
聴力レベル誤差	250~4000Hz: ±3dB 以内 6000Hz: ±5dB以内
スピーカー接続端子	アンプ付きスピーカー(別売)接続可能
電源	AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)4.8W以下
大きさ	本体:21(W)×21(D)×7(H)cm
周波数	
選別聴力検査	1000Hz、4000Hz 250Hz、500Hz、1000Hz
気導聴力検査	2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz
周波数制度	±2%以内
聴力レベル	
選別聴力検査	1000Hz 30dB固定、4000Hz 初期設定で25dB、30dB、40dBから選択
気導聴力検査	各周波数とも-10~75dB(5dB間隔)
備考	参考機種同等品以上のもの。

【参考機種】

ヤガミ オージオメータ YAM-2N(JQA検査合格証付)

物品購入依頼票 (2 - 1 1)

経理 2	年度 08	会計 01	出納 05	所管課 0902	所属 2522	内訳所属 2522	水沢農業高
款 10	項 04	目 02	短縮 M192	節 10	細節 0	現越 0	経費 05
							購入票番号 508-00002847



希望納期	令和 8年 5月 18日.(月)
納入場所	水沢農業高校

品名 (規格・品質)	数量	単位
1 AEDハートスタートFRx+e用 スマートパッドII	2	個
2		
3		
4		
5		

摘要

商品コード 989803139261

