

卓上視覚検査器（昇降台車付き）仕様書

1 概要

本仕様書は、岩手県警察本部（以下「当本部」という。）が調達する備品について適用する。

2 件名

卓上視覚検査器（昇降台車付き）購入

3 品名及び数量

卓上視覚検査器（昇降台車付き） 2台

4 納入期限

令和7年3月28日

5 納入場所

岩手県盛岡市下田字仲平183 自動車運転免許試験場 2台

6 卓上視覚検査器機器仕様

下記3種類の検査が1台の機材で実施できること。

6.1 視力検査

- (1) 視 標 ランドルト環
- (2) 視 力 値 0.1～0.9（9段階、0.1ステップ）
- (3) 視標方向 上・下・左・右（4方向）
- (4) 検査距離 5m（見掛け）

6.2 深視力検査

- (1) 検査方式 きんかくしき 三桿式
- (2) 検査距離 2.5m（見掛け）
- (3) 移動桿速度 20mm/秒以上
- (4) 移動桿距離 固定桿より前後ともに100mm以上
- (5) 三桿の太さ φ3mm（見掛け）
- (6) 三桿の感覚 30mm（見掛け）

6.3 色彩識別検査

- (1) 視 標 色 赤・青・黄

6.4 参考品

製造者：ケーワイエス工業株式会社

品 名：卓上視覚検査器 KYS-A6213a

7 昇降台車機器仕様

7.1 上記6の卓上視覚検査器の昇降台車として使用できるものとし、詳細は以下のとおり。

- (1) 高さ調整 電動式
- (2) 高さ調整範囲 床面より1,000～1,200mm
- (3) 寸法 1,000（高）×800（幅）×700（奥行）mm
- (4) 電源 AC100V

7.2 参考品

製造者：ケーワイエス工業株式会社

品 名：健常者用昇降台車 KYS-A0116

8 その他

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当本部担当職員と協議のうえ、その指示に従うこと。