

# オートクレーブ仕様書

## 1 納入機器及び納入数量

オートクレーブ 2台

※参考機器「(株)トミー精工 オートクレーブ LSX-700」

## 2 機器性能等

- (1) 使用温度範囲 滅菌・105～135℃、溶解・45～104℃、保温・45～95℃を含むこと。
- (2) 缶体寸法がφ370×774mm以上であること。
- (3) 缶体内容積が79ℓ以上であること。
- (4) 最高使用圧力が0.25MPaを維持できること。
- (5) 電源は単相AC200V、15A以下で電源プラグを付属すること。
- (6) 機器寸法は外寸が概ね500W×550D×1,100Hmmであること。
- (7) 機器に対応するステンレスカゴ2個（1個約：φ345×181mm）を付属すること。

## 3 納入場所 岩手県生物工学研究所 岩手県北上市成田22地割174番地4

植物特性・安全性評価実験棟内 閉鎖系温室

- (1) 所内の設置場所は、担当職員の指示による。
- (2) 機器設置に伴う、電源設置工事は含まないこと。

## 4 納入期限 令和6年6月28日（金）

## 5 納入方法

- (1) 納入場所に搬入のうえ、機器が動作するよう試運転調整し、担当職員の確認を得ること。
- (2) 納入後1年以内の製造元に起因する故障は、無償で修理を行うこと。
- (3) 納入時に取り扱い説明を行うこと。

## 6 その他

- (1) 契約金額には、上記1～5に伴う全ての費用を含むものであること。
- (2) 納入作業は、担当職員の立会いのもと、その指示に従うこと。
- (3) 同等品の仕様等については、担当職員に事前説明を行い確認を得ること。
- (4) その他、納入に伴う連絡事項や問題等が発生した場合は、直ちに担当職員に連絡すること。

【担当】 岩手県生物工学研究所 主任主査 須賀美奈子  
電話 0197-68-2911 FAX 0197-68-3881