

1 仕様

メーカー名	DOMINO
製品名	A x 3 5 0 i
輸入元	ブラザーインダストリアルプリンディング(株)
キャビネットサイズ (W×D×H)	430mm×381mm×411mm
印字方式	インクジェット
印字行数	最大 5 行
操作画面	【タイプ 3】 10.4インチタッチパネル
配置場所	精液処理棟準備室卓上フード内 (建物は1階建)
既存搬送機について	搬送機とは、ストロー精液管を 1 本ずつストロープリンタのノズルに向けて送り出す装置。 既存機種は以下のとおり。 ・メーカー：IMV Technologies（フランス）製 ・製品名：distributeur G10 既存プリンタはIMVTechnologies（フランス）社製
その他	附属品としてPCを含むこと、また、ソフトウェアのインストール及び通信テスト、既存搬送機と調整し印刷可能確認作業を含む。

2 納品場所

岩手県農業研究センター畜産研究所 種山畜産研究室
岩手県気仙郡住田町世田米字子飼沢30

3 納期予定

令和 8 年 2 月 26 日

4 その他

(1) 完成検査

完成検査は、寸法、外観その他組立状況を検査し、さらにソフトウェアや作業装置類の動作等の確認を行い、全般的な機能を検査する。

検査に要する器具、人員等は納入業者において準備するものとする。

(2) 保証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥とみなされる故障が発生した場合は、納入業者は無償修理を行わなければならない。

ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が 1 箇年以上にわたる場合は、それを適用する。

また、上記期間経過後であっても、設計製作上の欠陥と見なされる故障が発生した場合には、協議のうえ、納入業者に無償修理を行わせることがある。

(3) 提出図書の言語の指定

取扱説明書等提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

(4) 納入・設置に要する費用を価額に含むものとする。