

別紙

全自動輸血検査システム保守点検業務仕様書

保守点検は、当該装置を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1 保守点検する装置
別紙「対象機器一覧」のとおり

2 保守点検の実施場所
別表のとおり

3 保守点検の内容

(1) 保守点検内容

	定期点検	オンコール対応		定期交換部品	交換部品保証
		(平日)	(夜間/休日)		
安心 プラン	年2回	電話対応 訪問対応		指定消耗部品 (別記)	単価 100 万円以下の部品保証 但し、UPS 関連・プリンター・アシスト PC を除く ※保証対象以外は別途請求

(2) 定期保守点検項目

・オーソビジョン

- ① 各パーツのチェック(クリーニング)及び交換
- ② 各センサーの清掃・調整
- ③ 各アッセンブリーの品質点検・調整
(ピペットアーム、遠心機、インキュベーター、イメージシステム等)
- ④ 各動作ポジションのチェック
- ⑤ コントロール測定等による動作確認

(3) 指定消耗部品

	製品コード	指定消耗部品名
オーソビジョン	781094	0V シリンジバルブ
オーソビジョン	781100	0V チップ用チューブ
オーソビジョン	781124	0V シリンジ
オーソビジョン	781131	0V チップ
オーソビジョン	781148	0V ラインフィルター(蒸留水)
オーソビジョン	781155	0V ラインフィルター(生食)
オーソビジョン	782688	0V ラインチューブ2(ポンプ-シリンジ)
オーソビジョン	781173	0V ラインチューブ(バルブ-ポンプ) S
オーソビジョン	781186	0V ブルーチューブ(タンク-フィルタ) ※
オーソビジョン	782626	0V ブルーチューブ(タンク-フィルタ) 2 ※
オーソビジョン	781193	0V クリアチューブ(タンク-フィルタ) ※
オーソビジョン	781633	0V クリアチューブ(タンク-フィルタ) 2 ※
オーソビジョン	781216	0V フィルター(リージェントクーラー)
オーソビジョン	781247	0V フィルター(トップカバー) ※

オーソビジョン	782725	0V フィルター（トップカバー スモール）※
オーソビジョン	782763	0V LIQ フィッティングエルボ
オーソビジョン	781230	0V 遠心機ホルダー
オーソビジョン	780141	0V LIQ チューブ（廃液）
オーソビジョン	782770	0V 廃液チューブ 3M

(4) 年2回の機器点検

平日9時から17時の間に開始すること。

なお、実施日については各病院と協議の上実施すること。

(5) その他

技術員の作業に関わる出張費、作業費及び部品費は全て本保守契約に含むものとする。

なお、下記の事項については、本保守契約の対象外となること。

- ① 天災、火災、風水害等、甲乙いずれの責にも帰すことの出来ない原因による故障
- ② 各病院の依頼による機器の改造及び機能追加に要する費用
- ③ 各病院の依頼による機器の移転に要する費用
- ④ 各病院の機器操作上の誤り、乙の定めた設置環境以外の環境下での使用、あるいは各病院の故意又は過失に起因する故障修理に要する費用
- ⑤ 乙の扱い品以外の部品、付属品、消耗品の使用に起因する故障に対する修理費
- ⑥ 乙の承認なしに乙以外の技術員によって行われた点検、修理又は改造作業に起因する故障に対する修理費

4 実施報告

受託者は、保守点検業務終了後すみやかに点検の内容、点検者の氏名等の必要事項を記載した点検報告書等を作成し、病院職員の署名を得て病院に提出するものとする。

5 その他

本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合、又は本仕様書に記載のない事項については、その都度協議するものとする。

別紙

対象機器一覧

施設名	対象機器	台数
岩手県立中央病院	オーソビジョン	2台
岩手県立大船渡病院	オーソビジョン	1台
岩手県立釜石病院	オーソビジョン	1台
岩手県立宮古病院	オーソビジョン	1台
岩手県立胆沢病院	オーソビジョン	1台
岩手県立磐井病院	オーソビジョン	1台
岩手県立久慈病院	オーソビジョン	1台
岩手県立中部病院	オーソビジョン	2台

オーソビジョン

10台
