

仕 様 書

岩手県立農業大学校

- 1 品 名 臨床化学自動分析装置
機種指定 富士フイルム株式会社製 富士ドライケム NX600iV
- 2 台 数 1 台
- 3 納入先 岩手県立農業大学校畜産学科第3農区家畜バイテク棟
胆沢郡金ケ崎町西根遠谷巾 2-6
担当 小菅、安田 電話 0197-43-2211
- 4 納入期限 令和8年10月30日（金）
- 5 仕 様

本 体	・動物の血液中の生化学検査について、自動分析を行える機器 ・概ね5項目以上について、同時測定が可能なもの ・試薬ロット間の補正能力があるもの ・検査対象試料は、血清、血漿であること。また、全血には対応している必要はないもの。 ・電源はAC100Vで利用できるもの ・連続測定が可能なもの ・一般項目1項目に要する検体量は概ね10μlであること ・機器操作は本機に内蔵されたタッチパネル等で簡易の操作できるもの
本体外形寸法	・幅470mm程度、奥行360mm程度、高さ370mm程度
重 量	27kg程度
測 定 項 目	【一般項目】 グルコース（GLU）、血中尿素態窒素（BUN）、クレアチニン（CRE）、総コレステロール（TCHO）、トリグリセリド（TG）、総ビリルビン（TBIL）、カルシウム（Ca）、無機リン（IP）、総蛋白（TP）、アルブミン（ALB）、アンモニア（NH₃）、マグネシウム（Mg） 【酵素】γグルタミルトランスフェラーゼ（GGT）、グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ（GOT）、グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ（GPT）、クレアチンホスホキナーゼ（CPK）、乳酸脱水素酵素（LDH）、アルカリフォスファターゼ（ALP）、アミラーゼ（AMY）、リパーゼ（LIP） 【免疫学】C反応性蛋白質（CRP） 【電解質】塩化物イオン（Cl）、ナトリウムイオン（Na）、カリウムイオン（K）

6 その他

- (1) 納入にあたっての運搬、組立、据付、作動調整に要する費用は、全て納入業者の負担とする。
- (2) 納入物品の組立、据付、作動調整、操作説明を行い、納入物品が正常に使用できるよう対応すること。
- (3) 納入にあたって建物等へ損傷を与えた場合、修理に要する費用は納入業者の負担とする。
- (4) 納入に際して発生した梱包材は、納入業者にて処分を行うこと。
- (5) 納入にあたっては、事前に当所（納入先）へ連絡すること。