

水産物の放射性物質の検査結果について(6月第2週分)

○ 水産物の検査を実施した結果、放射性セシウムは全て食品衛生法上の基準値を下回りました。

1 検査の区分 「県産農林水産物の放射性物質濃度の検査計画」に基づく検査

2 検査結果一覧

品目	採取場所	採取者	採取日	測定日	測定値 (単位:Bq/kg)		
					放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	合計
マダラ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<0.501)	不検出 (<0.498)	不検出 (<1)
		県底曳網協会	6/5	6/7	不検出 (<6.42)	不検出 (<5.76)	不検出 (<12)
スケトウダラ	岩手県沖	県底曳網協会	6/5	6/7	不検出 (<5.29)	不検出 (<4.68)	不検出 (<10)
マコガレイ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<3.64)	不検出 (<3.45)	不検出 (<7.1)
	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<4.59)	不検出 (<4.55)	不検出 (<9.1)
ソウハチ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<3.47)	不検出 (<3.33)	不検出 (<6.8)
アカガレイ	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<4.77)	不検出 (<4.44)	不検出 (<9.2)
ムシガレイ	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<4.69)	不検出 (<4.87)	不検出 (<9.6)
ババガレイ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<3.43)	不検出 (<3.75)	不検出 (<7.2)
	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<5.38)	不検出 (<5.99)	不検出 (<11)
アブラガレイ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<4.03)	不検出 (<3.45)	不検出 (<7.5)
ヒラメ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<3.68)	不検出 (<4.08)	不検出 (<7.8)
キツネメバル	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<4.44)	不検出 (<5.14)	不検出 (<9.6)
アイナメ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<3.80)	不検出 (<4.28)	不検出 (<8.1)
	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<0.328)	不検出 (<0.326)	不検出 (<0.65)
サクラマス	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<0.465)	不検出 (<0.558)	不検出 (<1)
マサバ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<3.85)	不検出 (<3.44)	不検出 (<7.3)
	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<4.06)	不検出 (<4.86)	不検出 (<8.9)
ゴマサバ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<3.93)	不検出 (<4.29)	不検出 (<8.2)
ブリ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<0.408)	不検出 (<0.572)	不検出 (<0.98)
	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<0.444)	0.557	0.56
ヒラマサ	釜石市沖	釜石魚市場	6/4	6/6	不検出 (<0.495)	0.687	0.69
マイワシ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<4.10)	不検出 (<4.19)	不検出 (<8.3)
マダイ	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<4.58)	不検出 (<4.66)	不検出 (<9.2)
チダイ	岩手県沖	大船渡魚市場	6/4	6/5	不検出 (<4.32)	不検出 (<4.63)	不検出 (<9)
ウマヅラハギ	久慈市沖	久慈魚市場	6/5	6/7	不検出 (<3.95)	不検出 (<4.29)	不検出 (<8.2)
エゾイソアイナメ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<2.92)	不検出 (<2.81)	不検出 (<5.7)
イトヒキダラ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<5.85)	不検出 (<7.34)	不検出 (<13)
ナガヅカ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<3.73)	不検出 (<4.95)	不検出 (<8.7)
カンテンゲンゲ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<3.09)	不検出 (<4.23)	不検出 (<7.3)
シロゲンゲ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<5.20)	不検出 (<5.76)	不検出 (<11)
ドスイカ	岩手県沖	宮古魚市場	6/3	6/6	不検出 (<3.74)	不検出 (<3.16)	不検出 (<6.9)
マボヤ	大船渡市沖	県漁連	5/30	6/1	不検出 (<0.329)	不検出 (<0.263)	不検出 (<0.59)
					不検出 (<0.239)	不検出 (<0.328)	不検出 (<0.57)
					不検出 (<0.367)	不検出 (<0.319)	不検出 (<0.69)
					不検出 (<0.289)	不検出 (<0.289)	不検出 (<0.58)
(参考)食品衛生法上の基準値(一般食品)							100以下

注1 測定機関 (一財)日本食品検査、(一社)日本海事検定協会、(公財)海洋生物環境研究所

(一財)九州環境管理協会、いであ(株)、ユーロフィン日本総研(株)、(株)環境総合テクノス

(株)静環検査センター、(株)総合水研究所、東北緑化環境保全(株)、(一財)日本食品分析センター

(水産庁「放射性物質影響調査推進事業」)

注2 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器 注3 「測定値」欄の()内は検出限界値

注4 放射性セシウムの合計はセシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知による)

【担当】水産振興課・特命担当