

令和 7 年 6 月 10 日

参加希望業者 様

支出負担行為担当官
岩手県警察会計担当官

見積合わせ通知書

みだしのことについて、下記のとおり見積合わせを実施するので、参加を希望する場合は見積書を提出してください。

記

1 品名・規格・数量等

品 目	規 格	数 量
別紙1、2のとおり		
【摘 要】 同等品可。 ※同等品で見積書を提出する場合は、事前審査を受けること 仕様は別紙のとおり。		
納 品 場 所	科学捜査研究所 〒 020-0023 岩手県盛岡市内丸3番40号 盛岡東警察署 8階	
納 入 期 限	令和 7 年 7 月 10 日 (木)	

6-1-03

2 見積書提出期限

令和 7 年 6 月 24 日 (火) 正午まで ※郵送可だが、必着のこと。

3 見積書提出先

〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番10号
岩手県警察本部 4階 会計課 調度係

4 見積書記載要領

- (1) 見積書の日付は、作成日としてください。
- (2) 宛名については「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてしてください。
- (3) 消費税を記載してください。
- (4) 金額に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てにしてください。

5 その他

- (1) 支店長名、営業所長名等で見積書を提出する場合は、委任状の提出もお願いします。
(委任状の宛名も「支出負担行為担当官 岩手県警察会計担当官」としてください。)
- (2) 発注する場合のみ、FAXにて連絡しますのでご了承ください。

担当: 岩手県警察本部 科学捜査研究所
庶務係 TEL 019-653-0110

(別紙1)

品名	規格	仕様	数量
Anode Buffer Container (ABC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393927	・3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ・DNAの電気泳動で陽極バッファーとして使用可能なこと。 ・100インジェクション可能なこと。 ・14日間の装置上寿命があること。 ・RFIDラベルが付いていること。 ・使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
POP-4 Polymer, for 3500/SeqStudio Flex 384 samples	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393715	・3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ・24本キャピラリーで20インジェクション可能なこと。 ・7日間の装置上寿命または25℃以下が維持されているときに14日間の装置上寿命があること。 ・RFIDラベルが付いていること。 ・使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
Conditioning Reagent, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4393718	・3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ・ポリマーポンプの洗浄が可能なこと。 ・24時間の装置上寿命があること。 ・RFIDラベルが付いていること。 ・使用期限が4ヶ月以上あること。	5 箱
Septa for 96-Well Plates, for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: 4412614	・3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ・ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate (製品番号: N8010560)に装着可能なこと。	1 箱
MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号: N8010560	・3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ・ThermoFisher SCIENTIFIC社製、Septa for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well(製品番号: 4412614)に装着可能なこと。	5 箱

(別紙2)

品名	規格	仕様	数量
Quantifiler HP DNA Quantification kit	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4482911	◎TaqManプローブを用いたヒトDNA定量試薬であること。 ◎QuantStudio5で使用可能なこと。 ◎Human Target, small autosomalが80basesであること。 ◎Human Target, large autosomalが214basesであること。 ◎Internal PCR Controlが130basesであること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
MicroAmp Optical Adhesive Film 100 covers	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4311971	◎100枚入り ◎QuantStudio5で使用可能なこと。 ◎MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate(ThermoFisher SCIENTIFIC社製、製品番号:N8010560)にシール可能なこと。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱
MicroAmp Adhesive Film Applicator	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4333183	◎5個入り ◎MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate(ThermoFisher SCIENTIFIC社製、製品番号:N8010560)とMicroAmp Optical Adhesive Film(ThermoFisher SCIENTIFIC社製、製品番号:4311971)の間を密閉することができること。	1 箱
MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2mL	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4316567	◎GeneAmp 9700及びQuantStudio5で使用可能なこと。 ◎ThermoFisher SCIENTIFIC社製、MicroAmp Optical 8-Cap Strips (製品番号:4323032)に装着可能なこと。	2 箱
Cathode Buffer Container (CBC), for 3500/SeqStudio Flex	ThermoFisher SCIENTIFIC 製品番号:4408256	◎3500xL Genetic Analyzerで使用可能なこと。 ◎DNAの電気泳動で陰極バッファーとして使用可能なこと。 ◎100インジェクション可能なこと。 ◎14日間の装置上寿命があること。 ◎RFIDラベルが付いていること。 ◎使用期限が4ヶ月以上あること。	1 箱